



ORDEN DE TRABAJO

Orden N° : 16240

Código: F-SGC-25

Tipo servicio : Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	Aspirador	Serie:	CS270111
Alias:	Succionador	Placa:	N/A
Marca:	Apex	Código :	N/A
Cliente:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Modelo	N/A
Solicitante:	Marta Castañeda	Ubicación:	Torre medical - Consultorio 805
Propietario:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Dirección cliente:	Medellín Cl. 7 # 39 - 107
Fecha solicitud:	2020-07-31		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo.

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza chequeo integral del equipo, revisión de cable AC, carcasa, interruptor de encendido, perilla de regulación de vacío, indicador análogo de vacío, motor eléctrico y componentes neumáticos. Limpieza integral y pruebas funcionales. Equipo funcional.

OBSERVACIONES

Sticker: 19751

CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2020-07-31 13:30	Fecha y hora final:	2020-07-31 14:00	Tiempo real:	30min
-----------------------------	------------------	----------------------------	------------------	---------------------	-------

Recibe a satisfacción

Responsable
Santiago Puerta Sánchez