



ORDEN DE TRABAJO

Orden N° : 16220

Código: F-SGC-25

Tipo servicio : Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	Báscula	Serie:	BBDA-0084
Alias:	Báscula	Placa:	N/A
Marca:	Kenwell	Código :	N/A
Cliente:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Modelo	130Kg
Solicitante:	Marta Castañeda	Ubicación:	Torre medical - Consultorio 1308-2
Propietario:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Dirección cliente:	Medellín Cl. 7 # 39 - 107
Fecha solicitud:	2020-07-31		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo.

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza chequeo integral del equipo, revisión de base para paciente, carcasa, indicador digital de cantidad de masa, perilla de ajuste, ajuste en cero y componentes mecánicos. Limpieza integral y pruebas funcionales. Equipo funcional.

OBSERVACIONES

Sticker: 19744.

CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2020-07-31 16:00	Fecha y hora final:	2020-07-31 16:30	Tiempo real:	30min
-----------------------------	------------------	----------------------------	------------------	---------------------	-------

Recibe a satisfacción

Responsable
Santiago Puerta Sánchez