



# ORDEN DE TRABAJO

Orden N° : 16221

Código: F-SGC-25

Tipo servicio : Preventivo

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

<b>Nombre:</b>	Báscula	<b>Serie:</b>	BBDA-0083
<b>Alias:</b>	Báscula	<b>Placa:</b>	N/A
<b>Marca:</b>	Kenwell	<b>Código :</b>	N/A
<b>Cliente:</b>	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	<b>Modelo</b>	130Kg
<b>Solicitante:</b>	Marta Castañeda	<b>Ubicación:</b>	Torre medical - Consultorio 1308-1
<b>Propietario:</b>	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	<b>Dirección cliente:</b>	Medellín Cl. 7 # 39 - 107
<b>Fecha solicitud:</b>	2020-07-31		

## DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo.

## REPUESTOS

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza chequeo integral del equipo, revisión de base para paciente, carcasa, indicador digital de cantidad de masa, perilla de ajuste, ajuste en cero y componentes mecánicos. Limpieza integral y pruebas funcionales. Equipo funcional.

## OBSERVACIONES

Sticker: 19736.

## CONTROL DE TIEMPOS

<b>Fecha y hora inicio:</b>	2020-07-31 16:30	<b>Fecha y hora final:</b>	2020-07-31 17:00	<b>Tiempo real:</b>	30min
-----------------------------	------------------	----------------------------	------------------	---------------------	-------

Recibe a satisfacción

**Responsable**  
Santiago Puerta Sánchez