



ORDEN DE TRABAJO

Orden N° : 16228

Código: F-SGC-25

Tipo servicio : Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	Fonendoscopio	Serie:	N/A
Alias:	Fonendoscopio gris	Placa:	N/A
Marca:	Lord	Código :	N/A
Cliente:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Modelo	Genérico
Solicitante:	Marta Castañeda	Ubicación:	Torre medical - Consultorio 1308-1
Propietario:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Dirección cliente:	Medellín Cl. 7 # 39 - 107
Fecha solicitud:	2020-07-31		

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo.

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza chequeo integral del equipo, revisión de campana, aros de campana, membrana, olivas y mangueras de interconexión. Limpieza integral y pruebas funcionales. Equipo funcional.

OBSERVACIONES

Sticker: 19733.

CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2020-07-31 17:15	Fecha y hora final:	2020-07-31 17:30	Tiempo real:	15min
-----------------------------	------------------	----------------------------	------------------	---------------------	-------

Recibe a satisfacción

Responsable
Santiago Puerta Sánchez