



ORDEN DE TRABAJO

Orden N° : 15315

Código: F-SGC-25

Tipo servicio : Preventivo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre:	Tensiómetro	Serie:	1054656
Alias:	Tensiómetro	Placa:	N/A
Marca:	LORD	Código :	N/A
Cliente:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Modelo	CE0123
Solicitante:	Marta Castañeda	Ubicación:	Torre medical - Consultorio 1308-2
Propietario:	CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello	Dirección cliente:	Medellín Cl. 7 # 39 - 107
Fecha solicitud:			

DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo.

REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza chequeo integral del equipo, revisión de carcasa, indicador análogo de presión, brazaletes, vejiga, pera, válvula de la pera y mangueras de interconexión. Limpieza integral y pruebas funcionales.

OBSERVACIONES

Sticker: 19750. Se recomienda reemplazo de perita deteriorada

CONTROL DE TIEMPOS

Fecha y hora inicio:	2020-07-31 13:00	Fecha y hora final:	2020-07-31 13:30	Tiempo real:	30min
-----------------------------	------------------	----------------------------	------------------	---------------------	-------

Recibe a satisfacción

Responsable
Santiago Puerta Sánchez