



# ORDEN DE TRABAJO

Orden N° : 16237

Código: F-SGC-25

Tipo servicio : Preventivo

## IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

|                         |                                   |                           |                                  |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Nombre:</b>          | Tensiómetro                       | <b>Serie:</b>             | 807544                           |
| <b>Alias:</b>           | Tensiómetro                       | <b>Placa:</b>             | N/A                              |
| <b>Marca:</b>           | ALP K2                            | <b>Código :</b>           | N/A                              |
| <b>Cliente:</b>         | CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello | <b>Modelo</b>             | Sphygmomanometer                 |
| <b>Solicitante:</b>     | Marta Castañeda                   | <b>Ubicación:</b>         | Torre medical - Consultorio 1308 |
| <b>Propietario:</b>     | CEXCA- Cirugía de cabeza y cuello | <b>Dirección cliente:</b> | Medellín Cl. 7 # 39 - 107        |
| <b>Fecha solicitud:</b> | 2020-07-31                        |                           |                                  |

## DESCRIPCIÓN ORDEN DE TRABAJO

Mantenimiento preventivo.

## REPUESTOS

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se realiza chequeo integral del equipo, revisión de carcasa, indicador análogo de presión, brazaletes, vejiga, pera, válvula de la pera y mangueras de interconexión. Limpieza integral y pruebas funcionales.

## OBSERVACIONES

Sticker: 19754

## CONTROL DE TIEMPOS

|                             |                  |                            |                  |                     |       |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-------|
| <b>Fecha y hora inicio:</b> | 2020-07-31 12:00 | <b>Fecha y hora final:</b> | 2020-07-31 12:30 | <b>Tiempo real:</b> | 30min |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-------|

Recibe a satisfacción

**Responsable**  
Santiago Puerta Sánchez